



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง

ที่ สธ ๐๓๑๒.๓(๒.๓)/๑๐๔๘

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ด้วย โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปางมีความประสงค์

จะ ซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ตู้เย็นไม่สามารถซ่อมได้ เพื่อการจัดเก็บน้ำยาที่เหมาะสมได้รับการผ่องถ่ายน้ำยา

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางบุญยานุช ชันไชยวงศ์

ประธานกรรมการฯ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน

๒. นายวิชิต สุวรรณ

กรรมการ

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

๓. นางสาวสาวิตรี ลิลิตวิศิษฏ์วงศ์

กรรมการ

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

62041231224

เจ้าหน้าที่รายงานผล

๑. นางสาวบังอร ผึ้งปันวงศ์ เจ้าหน้าที่

๙. กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

๙.๑ กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

๙.๒ กำหนดพิจารณาผลการเสนอราคาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562,

ตั้งแต่วันที่ ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารรังสิริรักษาและ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

๙.๒ ผู้สนใจสามารถขอรับทราบรายละเอียดในระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.LPCH.Th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

๐๕๔-๓๓๕๒๖๒-๘ ต่อ ๕๔๘ ในวันเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น


นางอร ผึ้งปันวงศ์

(นางสาวบังอร ผึ้งปันวงศ์)

เจ้าหน้าที่



๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๒





๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๒



๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๒

(นายอดิศักดิ์ ภัคตาคั้ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเข็ญลำปาง

ตู้เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นตู้เย็นตู้เย็นแบบ 2 ประตู ใช้สำหรับเก็บเวชภัณฑ์เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ
2. ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 1,500 x 820 x 2,100 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
3. ขนาดภายในไม่น้อยกว่า 1,350 x 670 x 1500 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
4. ขนาดความจุของตัวตู้ภายในไม่น้อยกว่า 1,365 ลิตร (48.2 ลูกบาศก์ฟุต)
5. เป็นตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียส
6. ตัวตู้ภายนอกทำจากเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบสี (Galvanized, pre-painted steel) และภายในตู้ทำจาก stainless steel
7. มีระบบทำความเย็นโดยคอมเพรสเซอร์แบบเดี่ยว
8. ฉนวนกันความร้อนภายในทำจาก Polyurethane foam
9. มีระดับเสียงเกิดจากการใช้งานของตู้ไม่เกิน 60 เดซิเบล
10. ระบบละลายน้ำแข็งเป็นแบบอัตโนมัติ (Automatic defrost)
11. ชั้นวางภายในจำนวน 6 ชั้น ทำจาก stainless steel และชั้นวางแต่ละชั้นสามารถรับน้ำหนักได้ 35 กิโลกรัมต่อชั้น
12. มีพัดลมช่วยทำในการกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึง
13. หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอล
14. มีการแจ้งเตือนสัญลักษณ์และเสียง สำหรับ :
 - 15.1. สัญลักษณ์เตือนเมื่อ อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง
 - 15.2. สัญลักษณ์เตือนเมื่อ ประตูค้างไว้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน
 - 15.3. สัญลักษณ์เตือนเมื่อ ไฟดับ (เมื่อมีการจ่ายไฟกลับ)
 - 15.4. สัญลักษณ์เตือนเมื่อ เซ็นเซอร์มีปัญหา
15. มีระบบล็อกเพื่อป้องกันการเปิดจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
16. มีล้อ 4 ล้อช่วยในการเคลื่อนย้าย
17. ใช้กับไฟฟ้า 115/230 V, 50 Hz
18. มีคู่มือประกอบการใช้งาน 1 ชุด

20. ผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลด้านการจัดการ (ISO 9001), ด้านการควบคุม-รักษาสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
21. รับประกันคุณภาพ 1 ปี จากบริษัทผู้แทนจำหน่ายที่ได้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อการบริการและซ่อมบำรุงให้เป็นที่น่าพอใจตามมาตรฐาน
22. ให้บริการดูแลและบำรุงการรักษาระบบเครื่อง 2 ปี

อุปกรณ์ประกอบ

1. มีระบบป้องกันไฟกระชาก Safeguard ขนาด 10 Amp. (ผลิตกันภายในประเทศ) จำนวน 1 ชุด
2. มีระบบบันทึกและติดตามอุณหภูมิที่แจ้งเตือนกรณีอุณหภูมิผิดปกติหรือกรณีไฟฟ้าดับ (โดยสามารถตรวจวัดอุณหภูมิ บันทึกข้อมูล และแจ้งเตือนกรณีอุณหภูมิผิดปกติหรือกรณีไฟฟ้าดับได้)

.....ประธานกรรมการ
(นางบุญยานุช ชันไชยวงศ์)

.....กรรมการ
(นายวิจิต สุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวสาวิตรี ลิลิตวิศิษฏ์วงศ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไซงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : ตู้เย็นเก็บน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔. เป็นเงิน ๓๔๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคา/ต่อหน่วย (ถ้ามี)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เกต
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นางบุญยานุช ชันไชยวงศ์
 - ๖.๒ นายวิชิต สุวรรณ
 - ๖.๓ นางสาวสาวิตรี ลิลิตวิศิษฐ์วงศ์